

標準予防策チェックリスト

- 視点 ①防護具着脱の教育が実施されている（手袋・マスク・ガウン・ゴーグル）
 ②防護具が必要な場所に、設置され管理されている
 ③患者の病室から出る前に、個人防護具を脱ぎ処理をしている

巡視項目	巡視項目	巡視の視点・根拠	部署自己チェック		ICTチェック	
			良い	要改善	良い	要改善
リネン	リネン交換時、交換したリネンを床に置いていない	環境が汚染されるのを防ぐ				
	感染症患者に使用したリネン、血液・体液等で汚染されたリネンを移動させるときは、ビニール袋に入れている	搬送時、洗濯時の周囲への汚染を防ぐ				
	血液・体液等が付着しているリネン交換時に、個人防護具を使用している	血液・体液等による衣服の汚染と皮膚の接触を防ぐ				
	血液・体液等で汚染されたリネン類を洗濯する場合は、熱水洗濯機を使用して80℃、10分以上の消毒をする	適正な洗濯ができているか リネンからの感染を防ぐ				
患者の蘇生	患者の蘇生時は適切な個人防護具を使用している	湿性生体物質による衣服の汚染と皮膚への接触を防ぐ				
	患者の蘇生に使用した器材は適切に消毒・滅菌をしている	器材による感染を防ぐ				
汚れた器材	スポルディングの分類に基づいて、処理をしている	リスク分類ごとに処理ができているか 器材による感染を防ぐ、器材の破損を防ぐ				
	洗浄時、ゴーグル・サージカルマスク・ガウン・手袋を着用している	湿性生体物質による衣服の汚染と皮膚への接触、飛沫を防ぐ				
	器材を滅菌・消毒する前には、必ず十分な洗浄をしている	有機物質(汚れ)が残存していると滅菌・消毒効果が低下する				
	消毒は蓋付き容器を使用し、器材全体が消毒薬に浸漬されている	蓋→消毒薬の揮発を防ぐ 浸漬→器材の消毒不足による感染を防ぐ				
	手洗いと器材洗浄の流しが別になっていて、表示がある	不潔エリアと清潔エリアが明確になっている				
	使用済みの器材はすぐに処理され、放置されていない	器材による感染を防ぐ				